



ORSZÁGOS MÉRÉSÜGYI HIVATAL
Engedélyezési és Informatikai főosztály
BUDAPEST XII., NÉMETVÖLGYI ÚT 37-39.
1535 Budapest Pf.: 919.
Telefon: 4585-800
Telefax: 4585-887

Ügyiratszám: TH-8395/3/2005
Hivatkozási számuk: -
Ügyintézőnk: Szilágyi Sándor
Tárgy: TANK-SZER Kft. hitelesítési
engedély iránti ügye
Melléklet: 7 oldal
4 lap/1. oldal

TANK-SZER Kft.
7400 Kaposvár, Jutai u. 37.

HATÁROZAT

Az alábbi mérőeszköz:

megnevezése:	üzemanyagmérő kútoszlop		
típusa:	elektronikus, egypisztolyos, szívott vagy nyomott rendszerű		
típusjele:	TSP-4; TSP-8; TSP-0		
főbb metrológiai jellemzői:	TSP-4	TSP-8	TSP-0
legkisebb térfogatáram [L/min]:	4	4	4
legnagyobb térfogatáram [L/min]:	40	80	130
legkisebb kiadható mennyiség [L]:	2	2	2
pontossági osztály:	0.5		
mérhető közeg:	benzin, gázolaj, kerozin		
további műszaki adatai:			
gázleválasztó			
(csak szívott rendszerű):	RTF típusjelű (Q_{\max} : 130 L/min), szivattyúval egybeépített gázleválasztó; gyártó: Petrotec		
térfogatmérő:	PTF típusjelű (Q_{\max} : 130 L/min), négydugattyús térfogatmérő (ciklustérfogat 0,5 L); gyártó: Petrotec		
számlálómű:			
1. változat:	elektronikus, DOMINO-FIT vagy DOMINO-UP típusjelű konfiguráció; az impulzusadót (50 imp/ford) is tartalmazza; LCD kijelzővel gyártó: Kontrel Kft.		
kijelző:	LCD; hétszámjegyű, nem-nullázható, elektromechanikus összegzővel		
felső sor:	ár (max. 6 számjegy)		
középső sor:	mért mennyiség (max. 6 számjegy)		
alsó sor:	egységár (max. 6 számjegy)		
2. változat:	elektronikus, CEM 03 típusjelű; LCD kijelzővel; gyártó: Petrotec; Eltomatic gyártmányú, 01-08 típusú impulzusadóval (50 imp/ford)		



szoftververzió	20.08 vagy 22.08
kijelző:	LCD; nyolcszámjegyű, nem-nullázható, elektromechanikus összegzővel
felső sor:	ár (max. 5 vagy 6 számjegy)
középső sor:	mért mennyiség (max. 5 vagy 6 számjegy)
alsó sor:	egységár (max. 4 számjegy)
tankautomatika:	MemoTank típusnevű (mindkét számlálómű esetében), gyártó Kontrel Kft.
tömlőhossz:	max. 7 m
környezeti hőmérséklet:	-20 ... +40 °C
legnagyobb üzemi nyomás:	3 bar
tápfeszültség:	230 V és 400 V 50 Hz.
előállítója:	TANK-SZER Kft. 7400 Kaposvár, Jutai u. 37.

mérésügyi hitelesítését az alábbi feltételekkel

engedélyezem.

1. A határozatban körülírt mérőeszköz 2015. december 31-ig mutatható be első hitelesítésre. Az időkorlát a mérőeszköz további, javítás utáni, vagy időszakos hitelesítését nem érinti.
2. Az üzemanyagmérő csak meghatározott körben (pl. üzemi töltőként), MemoTank kártyával rendelkezők részére használható üzemanyag kiszolgálásra. Közforgalmú töltőállomáson elhelyezett kútoszlopon jól olvasható módon fel kell tüntetni, hogy csak MemoTank kártyával rendelkezők részére.
3. A mérőeszközön a HE 3/1-2004 jelű hitelesítési előírásnak megfelelő adattáblát kell elhelyezni.

A hitelesítés érvényének időtartama megegyezik az adott mérőeszközzel – a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében – meghatározott, a hitelesítés elvégzésekor hatályos érvényességi időtartammal.

Az üzemanyagmérő hitelesítését a HE 3/1-2004 jelű hitelesítési előírás szerint kell végrehajtani. A hitelesítéskor, ellenőrzéskor a kútoszlop működtetéséhez szükség van az üzemeltetőnél lévő „raktáros” kártyára, ezért az üzemeltető közreműködése is szükséges.

CEM 03 típusú számláló esetén a hitelesítés során ellenőrizni kell a programváltozat számát. A kútoszlopfejen lévő kulcsot kell elfordítani, és a kijelzőn megjelenik a programváltozat, melynek egyeznie kell a fent megadottal.

A hitelesítés tanúsításának módja.

Hitelesítési nyomóbélyegzést kell alkalmazni az alábbiak szerinti helyeken átvezetett plombazsinóron:

1. Körben a térfogatmérőn: a dugattyúfedelek két-két furatán és a szelepfedél két furatán át. (1 plomba)
2. A szabályzótarcsán két furaton, a csapszegen és a dugattyúfedél furatán át. (1 plomba)



DOMINO számlálómű esetében:

3. A számlálómű fedelének egyik átfúrt bordáján és két oldalsó rögzítőcsavaron át. (1 plomba)
4. A számlálómű másik oldali két rögzítőcsavarján. (1 plomba)
5. A számlálómű tartójának két rögzítőcsavarján át. (1 plomba)
6. A kijelzőnél felül a két rögzítőcsavaron át. (1 plomba)

CEM 03 számlálómű esetében:

3. Az impulzusadó alsó két csavarfejen és a tartójának két csavarfejen át. (1 plomba)
4. A számlálóműnél a kapcsolófedél két rögzítőcsavarján. (1 plomba)
5. A számláló házának és a kijelző üveglapjának alsó és felső furatán át. (1-1 plomba)

Az ólomzárazakon kívül a töltőpisztoly tartója fölé öntapadó hitelesítési matricát kell ragasztani.

A rajzos plombaterv az 5-7. mellékletben, a plombálási helyek fényképei a 2-4. mellékletben láthatók.

Az ügyben felmerült 139.680 Ft (százharminckilenezerhatszáznyolcvan forint) igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összeget az ügyfél előlegként a Magyar Államkincstár által az Országos Mérésügyi Hivatal javára vezetett 10032000-01714483-00000000 számú számlára befizette.

E határozatom ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, amelynek díja 13.968 Ft (tizenháromezerkilecszázhatvannyolc forint). A fellebbezést az Országos Mérésügyi Hivatal elnökéhez, mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az OMH Engedélyezési és Informatikai Főosztálynál kell benyújtani. Elektronikus úton a fellebbezést a fellebezes@omh.hu elektronikus levélcímen nyújthatja be, a fellebbezés díját pedig a fent megjelölt bankszámlaszámra fizetheti be.

Indokolás

Címbeli kérelmező a rendelkező részben körülírt mérőeszköz típusvizsgálatát és hitelesítési engedély kiadását kérte 2005. július 26-án, egyben átadta a hatóságnak a megvizsgálandó mintadarabot és csatolta a kérelméhez az eszköz műszaki dokumentációját. Az eszközt és a bemutatott dokumentációt részletes vizsgálatnak alávetve megállapítottam, hogy a mérőeszköz a hitelesítés törvényes mérésügyi feltételeinek megfelelt, ezért a mérőeszköz hitelesítését engedélyezem.

A Tank-Szer Kft. a Petrotec gyártmányú, EURO 1000 VI R típusjelű üzemanyagmérő kútoszlophoz építi a Kontrel gyártmányú, MemoTank nevű tankautomatikát, mely a tankolást engedélyező, a felhasználó kártyáján megadott egységárat beállító, a tankolási adatokat rögzítő, nyilvántartó elektronika. Ez a meglévő számlálóműhöz csatlakoztatható, a mért adatokat nem befolyásolja.

A Petrotec gyártmányú, EURO 1000 VI R típusjelű üzemanyagmérő kútoszlop a Th-8396/3/2005 számon kapott hitelesítési engedélyt. A DOMINO-FIT és DOMINO-UP típusjelű, elektronikus számlálómű – mely az impulzusadót is tartalmazza – a Th-7716/7/2000 számú hitelesítési engedéllyel rendelkezik.



Ellenőrző méréseket végeztünk egy TSP-4 típusjelű, DOMINO számlálóval szerelt üzemanyagmérő kútoszlopon. A kútoszlop megfelelően működött, a mérési eredmények hibahatáron belül voltak.

A tankautomata funkciók (tankolások adatainak rögzítése, nyilvántartása) nem képezik a mérésügyi vizsgálat részét. Az üzemanyagmérő csak MemoTank kártyával rendelkező vásárlókat szolgál ki, ezért ezt közforgalmú töltőállomáson elhelyezett kútoszlopokon fel kell tüntetni.

A határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71-74. §-án, az 1991. évi XLV. törvény 8-9. §-án, valamint a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 8. §-án, 9. § (8) bekezdésén és 2. számú mellékletén, a hatásköröm és illetékességem az 1991. évi XLV. törvény 3. §-ának (1)-(2) bekezdésén, a fellebbezési lehetőség a Ket. 98. § (1)-(4) bekezdésein, valamint a 99. § (1) bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 9. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005 DEC. 05



Schmalhofer Károly
főosztályvezető

Kapja: Címzett
OMH területi szervei Lotus Notes-on
Irattár